



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

Esclarecimento PE 90005/2024

1 mensagem

Laura Monteiro <licitacao.laura@lutech.com.br>
Para: "cpl@ufpi.edu.br" <cpl@ufpi.edu.br>

18 de junho de 2024 às 09:03

Bom dia Prezados,

Referente ao Pregão Eletrônico nº 90005/2024, solicito esclarecimento conforme abaixo.

ITEM 36: Capela de fluxo laminar para quimioterápicos/cabine de segurança biológica Capela de segurança biológica de exaustão de gases. Classe II, tipo B2. Todo o equipamento está em pressão negativa, inclusive o duto de exaustão, forçando o 100% do ar contaminado a passar pelos filtros HEPA evitando a fuga para o laboratório.

Dúvidas:

- Quais devem ser as dimensões úteis do equipamento? Gentileza definir Largura X Altura X Profundidade
- Para instalação deste equipamento são fornecidos dutos para direcionamento do ar para fora do laboratório. Quantos metros de duto devem ser fornecidos, por favor?

Aguardo breve retorno, obrigada.


Atenciosamente,



Laura Monteiro

Departamento Técnico

 (17) 3209-2100 |

 licitacao.laura@lutech.com.br

 www.lutech.com.br



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

Esclarecimento PE 90005/2024

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

2 de julho de 2024 às 10:00

Para: Laura Monteiro <licitacao.laura@lutech.com.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo(a), informamos que foi publicado esclarecimento com o assunto da sua solicitação referente ao Pregão Eletrônico nº 90005/2024. A resposta foi publicada na data de 02/07/2024 ÀS 09:54.

Para acessar, basta copiar e colar o link abaixo e inserir as seguintes informações:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras>

Situação: Em andamento**Etapa:** Abertas para participação**Modalidade:** Pregão**Critério de julgamento:** Menor Preço / Maior desconto**Unidade compradora:** 154048**Número da compra:** 90005/2024**FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO**

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

Em ter., 18 de jun. de 2024 às 09:03, Laura Monteiro <licitacao.laura@lutech.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

Solicitação de esclarecimentos ref. PE 90005/2024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/PI

2 mensagens

Albuquerque, Barbara <BarbaraAlbuquerque.Silva@philips.com>

20 de junho de 2024 às 13:57

Para: "cpl@ufpi.edu.br" <cpl@ufpi.edu.br>

Cc: "Messias, Mariana" <mariana.messias@philips.com>

Prezada comissão, esperamos que este a encontre bem.

Interessados em participar do pleito em referência, respeitosa e apresentamos nosso pedido de esclarecimento, nos termos do documento anexo.

Por gentileza, pedimos que o retorno seja encaminhado copiando todos os envolvidos neste e-mail.

Sem mais para o momento e certos de um célere retorno, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Barbara Albuquerque

Licitações

Philips Medical Systems Ltda.

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, Torre Jacarandá, 4º Andar (Tamboré), Barueri, SP- CEP 06460-040

+ 55 11 96912-4517





barbaraalbuquerque.silva@philips.com



Conecte-se com a Philips



4 anexos

-  **1- Pedido de Esclarecimento.pdf**
302K
-  **DOCUMENTO DOS SOCIOS E PROCURADORES_compressed.pdf**
674K
-  **procuração 994 (2).pdf**
631K
-  **00- Contrato Social_ Ata_ 2024_Atualizado (1).pdf**
2563K

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Para: "Albuquerque, Barbara" <BarbaraAlbuquerque.Silva@philips.com>

20 de junho de 2024 às 14:52

Prezado(a) Senhor(a),

No momento, o PE 90005/2024 encontra-se suspenso para análise de pedido de impugnação. Assim que for republicado a resposta do seu pedido de esclarecimento será publicada e o senhor será comunicado via e-mail.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - PI

Assunto: Solicitação de Esclarecimento

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90005/2024

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., CNPJ sob o n.º 58.295.213/0021-11, sediada na Rua Otto Salgado, 250 - CEP: 37066-440 - Ind. Cláudio Galvão, Varginha – MG, por ser sociedade distribuidora e fabricante de equipamentos médico-hospitalares, exigidos nos autos deste Processo, tipo menor preço, vem, respeitosamente, formalizar **PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**, nos termos das razões abaixo.

- DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega solicitado no edital poderá ir contra a capacidade dos fornecedores de equipamentos, uma vez que se trata de equipamento de alta complexidade técnica de produção e, salvo melhor juízo, também não há nenhum fornecedor nacional que consiga montar um estoque deles, quer seja pela diversificação de configurações, ou por estarem sujeitos à importação.


Questionamento: Diante do exposto, é correto o entendimento sobre a possibilidade de aceite da prorrogação do prazo de entrega para até **80 (oitenta) dias**?

A aceitação das sugestões e retorno dos questionamentos supracitadas promoverá maior vantajosidade econômica ao órgão, além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho.

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail licitacoes.brasil@philips.com.

Atenciosamente,

Varginha, 20 de junho de 2024.


AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA
LICITAÇÕES
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

Solicitação de esclarecimentos ref. PE 90005/2024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/PI

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

20 de junho de 2024 às 14:52

Para: "Albuquerque, Barbara" <BarbaraAlbuquerque.Silva@philips.com>

Prezado(a) Senhor(a),

No momento, o PE 90005/2024 encontra-se suspenso para análise de pedido de impugnação. Assim que for republicado a resposta do seu pedido de esclarecimento será publicada e o senhor será comunicado via e-mail.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

Solicitação de esclarecimentos ref. PE 90005/2024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/PI

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

1 de julho de 2024 às 17:25

Para: "Albuquerque, Barbara" <BarbaraAlbuquerque.Silva@philips.com>

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo(a), informamos que foi publicado esclarecimento com o assunto da sua solicitação referente ao Pregão Eletrônico nº 90005/2024. A resposta foi publicada na data de 01/07/2024 ÀS 17:23.

Para acessar, basta copiar e colar o link abaixo e inserir as seguintes informações:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras>

Situação: Em andamento**Etapa:** Abertas para participação**Modalidade:** Pregão**Critério de julgamento:** Menor Preço / Maior desconto**Unidade compradora:** 154048**Número da compra:** 90005/2024**FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO**

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

Em qui., 20 de jun. de 2024 às 13:57, Albuquerque, Barbara <BarbaraAlbuquerque.Silva@philips.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 90005/2024 - UNIVERSIDADE FED.DO PIAUÍ

3 mensagens

Lilian Almeida <Lilian.Almeida@nkbr.com.br>

20 de junho de 2024 às 18:29

Para: "cpl@ufpi.edu.br" <cpl@ufpi.edu.br>

Cc: Fernanda Reche <Fernanda.reche@nkbr.com.br>, Ana Santos <Ana.santos@nkbr.com.br>, Matheus Furlan <Matheus.Furlan@nkbr.com.br>, Danielle Momesso <Danielle.Momesso@nkbr.com.br>, Guilherme Zambeti <Guilherme.Zambeti@nkbr.com.br>, Aristides Alves <aristides@sigmaxpi.com.br>

Estimada Comissão,

Interessados em participar do processo em referência a **NIHON KOHDEN LTDA.** empresa japonesa de equipamentos médicos, vem, respeitosamente formalizar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, visando assegurar a participação e a isonomia das propostas licitantes conforme os termos abaixo:

Dos itens 12 e 13 MONITORES MULTIPARÂMETROS:

- O edital solicita: "...Bateria de lítium, autonomia superior a 4 horas..."

O monitor modelo BSM-3562 da fabricante NIHON KOHDEN possui baterias de Ni-Mh (Níquel Metal Hidreto), que possuem uma vida útil longa e são mais robustas, sendo aplicadas inclusive como baterias de carros elétricos. A autonomia deste monitor para Centro Cirúrgico é de 1 hora e meia, autonomia mais do que suficiente caso acabe a energia do hospital, sendo possível conduzir a cirurgia até o momento em que o gerador da instituição começar a funcionar ou transportar o paciente até o leito da UTI.

Pelos motivos citados anteriormente, solicitamos aceite da tecnologia da bateria ofertada e sua autonomia.

A aceitação das sugestões promoverá uma ampla competitividade, sendo possível o alcance da economicidade a partir dela, nosso produto apresenta alta tecnologia e seu desempenho atende o fim solicitado nesta aquisição sem nenhum prejuízo. Pedimos a especial gentileza de retorno aos e-mails: lilian.almeida@nkbr.com; fernanda.reche@nkbr.com / licitacao@nkbr.com

Agradecidos pela atenção,

Ficamos à total disposição.

Lilian Almeida

Tender Analyst – Analista de Licitações

NIHON KOHDEN DO BRASIL LTDA.

Phone + 55 (11) 3044-1700

Direct + 55 (11) 3014-9469

Mobile + 55 (11) 97243-8984

E-mail: lilian.almeida@nkbr.com.br
Website: <https://br.nihonkohden.com>



Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem destina-se ao uso somente pelo(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você não seja o destinatário pretendido, por favor, contate o remetente e apague esta mensagem. É proibida qualquer utilização não autorizada das informações contidas nesta mensagem.

Antes de imprimir esta página, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Para: "HVU.Teresina UFPI" <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

21 de junho de 2024 às 15:02

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo(s), solicitamos, por gentileza, análise e manifestação acerca do pedido de esclarecimento referente ao Pregão 90005/2024.

Solicitamos, por gentileza, resposta em até 02 (dois) dias para que esta comissão conclua a resposta ao esclarecimento no prazo legal.

Atenciosamente,

Flora Danielle Galvão
Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: (86) 3215-5924

[Texto das mensagens anteriores oculto]

HVU.Teresina UFPI <hvu.teresina@ufpi.edu.br>
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

24 de junho de 2024 às 08:36

Bom dia prezados!

Face à solicitação de esclarecimento acerca da exigência de bateria de *litium*, com autonomia superior a 4 (quatro) horas, informamos que a sua necessidade se dá devido às cirurgias realizadas a campo. Dessa forma, a bateria de 1h30 não comporta o tempo de cirurgia a campo.

Atenciosamente,

Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora do Hospital Veterinário Universitário
Campus Ministro Petrônio Portella
Universidade Federal do Piauí

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 90005/2024 - UNIVERSIDADE FED.DO PIAUÍ

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

1 de julho de 2024 às 17:17

Para: Lilian Almeida <Lilian.Almeida@nkbr.com.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo(a), informamos que foi publicado esclarecimento com o assunto da sua solicitação referente ao Pregão Eletrônico nº 90005/2024. A resposta foi publicada na data de 01/07/2024 ÀS 17:13 .

Para acessar, basta copiar e colar o link abaixo e inserir as seguintes informações:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras>

Situação: Em andamento

Etapa: Abertas para participação

Modalidade: Pregão

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior desconto

Unidade compradora: 154048

Número da compra: 90005/2024

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitação

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PI-TERESINA-UFPI - Solicitação de esclarecimentos

DANIEL MAX LICITA <licitacao@maxdiagnostica.com.br>
Para: cpl@ufpi.edu.br

5 de julho de 2024 às 09:58

Bom dia Srs.,

Segue em anexo nossa solicitação de esclarecimentos referente ao item 1 do Pregão Eletrônico nº 9005/2024.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Sds



 **SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS - ITEM 1.pdf**
360K

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro Responsável

REF: **PREGÃO ELETRÔNICO 9005/2024**

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Cidade de Ribeirão Preto - SP, na Rua José da Costa Teixeira, 546, Recanto das Flores, CNPJ 07.776.581/0001-05, neste ato por seu representante legal, Sr. o Sr. Hamilton Bianco, RG: 16.753.100-1, expedido por: SSP-SP, inscrito no CPF sob o No. : 127.629.658-45, Brasileiro, Casado, Comerciante, Residente à AV. Angelo Antonio Colafemina, 350 – Cond. Santa Angela – Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.110-000 – FONE: 16 – 98111- 6960- e-mail: licitacao@maxdiagnostica.com.br desejando participar da licitação supra referida, solicita o esclarecimento conforme abaixo:

Referente ao item 1, é exigido um equipamento com as seguintes características:

“Analisador automático de bioquímica veterinário: Automatizado. A partir de 200 testes fotométricos por hora ou em torno de 400 testes com modo ISE (Nível de ruído: $\leq 40\text{dB}$). Rotor de amostras e reagentes refrigerado, limpeza automática das agulhas, detector de nível de líquidos, proteção contra colisões, limpeza automática das cuvetas com detergente e água pré-aquecidos, diluição automática para amostras anormais, monitoramento do sistema de curvas de reação e inventário de reagentes em tempo real. Limpeza automática das cuvetas. Sistema óptico de grade reversa Volume de reação: $\leq 100\mu\text{L}$. Monitoramento das curvas de reação em tempo real. Monitoramento do volume de reagente em tempo real. Leitura das Reações por meio de canais individuais de fibra ótica. Sistema de Reação. Sistema ótico. Controle e Calibração. Unidade de Operação. Sistema Cubetas de reação reutilizáveis. Software veterinário exclusivo”

Informamos a Universidade, que muitos dos analisadores bioquímicos possuem o módulo ISE como opcional (inclusive a linha que trabalhamos). Porém muito raramente este módulo é solicitado pelo



cliente, devido ao seu alto custo de manutenção (eletrodos necessitam ser frequentemente trocados), e seu alto custo por teste, quando comparado com aqueles realizados em um Analisador de Eletrólitos. Com isto a Universidade certamente terá também dificuldade no prazo de entrega, pois devido a este motivo, os fabricantes e importadores não costumam possuir estoque do equipamento com este módulo instalado.

E salientamos que o valor estimado para o item de R\$ 109.512,02, é mais que o suficiente para a aquisição tanto do Analisador bioquímico quanto do Analisador de eletrólitos em separado. Pois a aquisição do primeiro item certamente será abaixo de R\$ 80.000,00 e a do segundo abaixo de R\$ 29.512,02. E provavelmente será mais econômico do que adquirir um equipamento de bioquímica com o módulo ISE.


Ambos os equipamentos possuem especificação elaborada pelo próprio Ministério da Saúde através do SIGEM (fichas em anexo), as quais podem ser utilizadas para qualquer aquisição na Administração Pública.

Tendo em vista todos os pontos citados neste esclarecimento, solicitamos à UFPI que o item 1 seja dividido em dois itens. Um para aquisição de um Analisador bioquímico e outro para aquisição de um analisador de eletrólitos, e com as especificações citadas nas fichas do SIGEM. Pois como demonstrado a UFPI terá economia tanto na aquisição dos equipamentos quanto em sua utilização (custo por teste).

Aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e apreço.



Ribeirão Preto, 05 de julho de 2024.



Max Diagnóstica Com e Locação de Artigos Laboratoriais LTDA

CNPJ: 07.776.581/0001-05

Hamilton Bianco

CPF: 127.629.658-45

Diretor Geral - Representante Legal

07776581/0001-05
MAX DIAGNOSTICA COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE ARTIGOS
LABORATORIAIS EIRELI - EPP
Rua José da Costa Teixeira, 546
Distrito de Bonfim Paulista
Recanto das Flores - CEP 14110-000
RIBEIRÃO PRETO - SP





PI-TERESINA-UFPI - Solicitação de esclarecimentos

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Para: DANIEL MAX LICITA <licitacao@maxdiagnostica.com.br>

5 de julho de 2024 às 10:24

Prezado(a) Senhor(a),

Acusamos recebimento! Informamos que o pedido de esclarecimento será respondido dentro do prazo legal estipulado no edital de licitação.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PI-TERESINA-UFPI - Solicitação de esclarecimentos

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Para: DANIEL MAX LICITA <licitacao@maxdiagnostica.com.br>

9 de julho de 2024 às 14:46

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo(a), informamos que foi publicado esclarecimento com o assunto da sua solicitação referente ao Pregão Eletrônico nº 90005/2024. A resposta foi publicada na data de **09/07/2024 11:51**.

Para acessar, basta copiar e colar o link abaixo e inserir as seguintes informações:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras>

Situação: Em andamento

Etapas: Abertas para participação

Modalidade: Pregão

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior desconto

Unidade compradora: 154048

Número da compra: 90005/2024

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: **(86) 3215-5924**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 02 e 03 - PREGÃO ELETRÔNICO 90005/024 - HVU - MATERIAL PERMANENTE

HVU.Teresina UFPI <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

20 de junho de 2024 às 16:24

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Prezados, boa tarde!

Em atenção às impugnações recebidas, solicitamos a análise pelo nosso corpo técnico, que nos retornou as seguintes orientações:

Impugnação 01 - Resposta: Verificar a possibilidade de ser adicionado aos itens a seguinte informação: "Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/Ministério da Saúde, ou comprovação de que o mesmo é isento de registro/cadastro, quando for o caso." Face à dificuldade em se afirmar acerca da necessidade ou não do presente registro em todos os itens do presente pregão de equipamentos, uma vez que se trata de equipamentos humanos e veterinários, e na tentativa de cumprir a orientação, não se conseguiu lograr êxito na busca.

Impugnação 02 - Resposta: Referente ao tamanho da capela de fluxo laminar: Medida externa com base: largura até 1,2 metros, altura até 2,6 metros e profundidade até 1,0 metro. Ducto flexível de 5,0 metros.

Impugnação 03 - Resposta: Referente ao aparelho de radiologia: Faixa mínima de 10-20 mA.

Atenciosamente,

Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora do Hospital Veterinário Universitário
Campus Ministro Petrônio Portella
Universidade Federal do Piauí

[Texto das mensagens anteriores oculto]



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

Pedido de Esclarecimento - PE 90005/2024

3 mensagens

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Para: "HVU.Teresina UFPI" <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

25 de junho de 2024 às 16:01

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo(s), solicitamos, por gentileza, análise e **manifestação** acerca do **pedido de esclarecimento** em anexo referente ao Pregão **90005/2024**, quanto ao **prazo de entrega do termo de referência**. Aproveitamos para enviar também cópia do Edital publicado.

Atenciosamente,

Flora Danielle Galvão

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)



01 - Pedido de Esclarecimento.pdf
302K

HVU.Teresina UFPI <hvu.teresina@ufpi.edu.br>
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

26 de junho de 2024 às 08:55

Bom dia!

Prezados, face ao pedido de esclarecimento, vimos por meio deste informar que o prazo poderá ser prorrogado por até 100 dias.

Atenciosamente,

Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora do Hospital Veterinário Universitário
Campus Ministro Petrônio Portella
Universidade Federal do Piauí

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Para: "HVU.Teresina UFPI" <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

26 de junho de 2024 às 11:25

Obrigada pelo retorno.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 90005/2024 - UNIVERSIDADE FED.DO PIAUÍ

HVU.Teresina UFPI <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

24 de junho de 2024 às 08:36

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Bom dia prezados!

Face à solicitação de esclarecimento acerca da exigência de bateria de *litium*, com autonomia superior a 4 (quatro) horas, informamos que a sua necessidade se dá devido às cirurgias realizadas a campo. Dessa forma, a bateria de 1h30 não comporta o tempo de cirurgia a campo.

Atenciosamente,

Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora do Hospital Veterinário Universitário
Campus Ministro Petrônio Portella
Universidade Federal do Piauí

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Para: "HVU.Teresina UFPI" <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

5 de julho de 2024 às 10:32

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo(s), solicitamos, por gentileza, análise e manifestação acerca do pedido de esclarecimento referente ao Pregão 90005/2024.

Solicitamos, por gentileza, resposta em até 01 (um) dia para que esta comissão conclua a resposta no prazo legal, visto que a sessão pública está marcada para o dia 10/07/2024.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Ana Valéria Lima
Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

 **SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS - ITEM 1 (1).pdf**

360K



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024

HVU.Teresina UFPI <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

9 de julho de 2024 às 11:25

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Bom dia,

Em resposta à solicitação de esclarecimentos sobre o analisador automático de bioquímica, a administração atual tem como objetivo otimizar as atividades dos técnicos, do espaço físico e estrutural do laboratório, visando a minimização do número de aparelhos do setor. O manuseio e as responsabilidades diárias dos aparelhos são divididas entre o técnico e o terceirizado do setor, portanto a redução do número de máquinas por bancada implica diretamente na redução dos custos de contratação de novos membros do corpo técnico tanto para operacionalização quanto para fiscalização, minimizando também os custos com os contratos de manutenção dos aparelhos.

Atenciosamente

Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora do Hospital Veterinário Universitário
Campus Ministro Petrônio Portella
Universidade Federal do Piauí

Em sex., 5 de jul. de 2024 às 10:32, CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]