

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador magnético			
Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.495,55	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Parnaíba/PI (2)	

2 - Estufa laboratório			
Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		3.962,01	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Parnaíba/PI (1)	

3 - Estufa laboratório			
Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 40 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2.981,17	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Parnaíba/PI (1)	

4 - Eletrodo medição ph			
Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Combinado Universal , Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °C, Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		293,62	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Parnaíba/PI (4)	

5 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painei De Controle , Volume: Cerca De 25 L, Componentes: C/ Anéis Redutores , Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.291,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Parnaíba/PI (1)		

6 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 404 G, Resolução: 0,001 G, Características Adicionais: Prato 95 Mm, Tempo De Medida 0,5 A 4 Segundos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.139,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Parnaíba/PI (1)		

7 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20.444,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Parnaíba/PI (2)		

8 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.929,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Parnaíba/PI (30)		

9 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Metal , Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Parnaíba/PI (4)

10 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Parnaíba/PI (4)

11 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A , Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.944,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Parnaíba/PI (1)