



Publicação e acompanhamento do Edital PE 90006/2024 - Aquisição de equipamentos permanentes para a Divisão dos Laboratórios de Ensino

1 mensagem

Coordenadoria de Licitação PRAD <prad.da.cl@ufdpar.edu.br>
Para: Divisão dos Laboratórios de Ensino <preg.dlae@ufdpar.edu.br>

3 de setembro de 2024 às 10:27

Prezada equipe,

Ao cumprimentá-los, informamos que o Edital do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, que trata do objeto “Aquisição de equipamentos permanentes para a Divisão dos Laboratórios de Ensino com objetivo de atender as demandas das aulas práticas dos cursos de graduação da UFDPAR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos” **foi publicado** em <https://www.comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/edital-156680-5-90006-2024> hoje, terça-feira, dia 03 de setembro de 2024, com previsão da abertura da **sessão pública para o dia 13 de setembro de 2024**.

Ademais, os avisos em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União também já se encontram disponíveis, conforme anexos. Além disso, também é possível acompanhar a licitação no site da UFDPAR em <https://ufdpar.edu.br/ufdpar/paginas/transparencia-paginas/licitacoes-contratos-e-convenios-1/pregao-eletronico-ndeg-90006-2024>.

Diante disso, estamos na fase do recebimento das propostas e faz-se necessário o devido acompanhamento para a **prestação dos esclarecimentos/impugnações** dos interessados que possam surgir, como traz o item 13 do Edital anexo (págs. 23 e 24 do arquivo PDF).

Para tanto, destacamos que eventuais pedidos de esclarecimentos/impugnações serão encaminhados para e-mail desta Coordenadoria de Licitação prad.da.cl@ufdpar.edu.br, conforme o item 13.3 do Edital, e que **lhe repassaremos aquelas solicitações cujos conteúdos cabem ser analisados por sua Divisão para que possamos melhor fundamentar nossas respostas de esclarecimentos/impugnações**.

Portanto, contamos com vosso empenho para dirimir dúvidas que nos auxiliem no atendimento das respostas dos esclarecimentos/impugnações, em cumprimento com o prazo previsto na Lei nº 14.133/2021:

“Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

Parágrafo único. **A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.**” (grifo nosso).

No mais, colocamo-nos à disposição para sanar dúvidas.

Anexos:

1. Edital_PE_90006.2024_sessao_13.09.2024assinado.pdf;
2. publicação do aviso do Edital PE 90.006.2024 no DOU.pdf; e
3. publicação do aviso do Edital PE 90.006.2024 em jornal.

Favor acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Antonio Júnior

Siape nº 3390199

Chefe da Divisão de Execução Licitatória
Coordenadoria de Licitação da UFDPAR

3 anexos



Edital_PE_90006.2024_sessao_13.09.2024assinado.pdf
1081K



publicação do aviso do Edital PE 90.006.2024 no DOU.pdf
194K



publicação do aviso do Edital PE 90.006.2024 em jornal.pdf
1852K



Pedido de esclarecimento ref. pregão 90006/2024 item 11

2 mensagens

Wielganczuck & Mello Licitações <licitacoeswilk@gmail.com>

3 de setembro de 2024 às 20:52

Para: prad.da.cl@ufdpar.edu.br

Bom dia!

REferente ao item 11 quais seriam as dimensões do equipamento?

As características do item no TR não deixam claro se precisam atender às normas atuais de biosegurança NBR 17095 e NSF 49 ou se somente é o tipo "liga e desliga" que muitos fornecedores oferecem e muitas das vezes nem passam nos testes de qualidade.

Grata pela atenção.

Atenciosamente.

Adelaide

41-9-9627-6557



Licitações - Engenharia Wilk

Wiengalnczuck e Mello Serviços de
Engenharia Ltda



41-99627-6557 | 41-99984-3828



licitacoeswilk@gmail.com; glauco_mello@hotmail.com



www.engenhariawilk.com.br



Sede - Rua Professor Luiz César 739-2 Água Verde - Curitiba/PR -

Cep: 80620-280

Coordenadoria de Licitação PRAD <prad.da.cl@ufdpar.edu.br>

6 de setembro de 2024 às 14:11

Para: Wielganczuck & Mello Licitações <licitacoeswilk@gmail.com>

Prezado(a),

A resposta do esclarecimento já se encontra disponível no quadro informativo do pregão 90006/2024 no endereço compras.gov.br.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Licitação da UFDPAR
Diretoria Administrativa/PRAD/UFDPAR

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Solicitação de esclarecimento/impugnação Pregão 90.006/2024 (ter., 3 de set., 20:52)

3 mensagens

Coordenadoria de Licitação PRAD <prad.da.cl@ufdpar.edu.br>
Para: Divisão dos Laboratórios de Ensino <preg.dlae@ufdpar.edu.br>

4 de setembro de 2024 às 08:34

Prezada equipe de planejamento,

Nos termos do item 13 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90006/2024 – “Registro de preços para a Aquisição de equipamentos permanentes para a Divisão dos Laboratórios de Ensino”, **solicitamos manifestação, se possível até às 08h30min de amanhã**, sobre a solicitação de esclarecimento anexa chegada ao nosso e-mail (prad.da.cl@ufdpar.edu.br) ontem, 03/09/2024, às 20h52min, para melhor consubstanciar a nossa resposta publicamente através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

“Bom dia!

*REferente ao item 11 quais seriam as dimensões do equipamento?
As características do item no TR não deixam claro se precisam atender às normas atuais de biosegurança NBR 17095 e NSF 49 ou se somente é o tipo "liga e desliga" que muitos fornecedores oferecem e muitas das vezes nem passam nos testes de qualidade.*

Grata pela atenção.

Atenciosamente.
Adelaide
41-9-9627-6557”

Anexo: esclarecimento impugnação PE 90006.2024 3 de setembro de 2024 às 20h52min.pdf

Por gentileza, confirme o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Antonio Júnior
Siape nº 3390199
Chefe da Divisão de Execução Licitatória
Coordenadoria de Licitação da UFDPAR



Divisão dos Laboratórios de Ensino <preg.dlae@ufdpar.edu.br>
Para: Coordenadoria de Licitação PRAD <prad.da.cl@ufdpar.edu.br>

4 de setembro de 2024 às 10:54

Prezado senhor,

Atendendo à solicitação de esclarecimento sobre o item 11 do Pregão Eletrônico nº 90006/2024,

Quanto ao primeiro questionamento, sobre as dimensões do equipamento.

Resposta: Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm.

Quanto ao segundo questionamento, quanto às normas de biossegurança que devem ser atendidas.

Resposta: Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. O filtro HEPA classe A3 deve seguir conforme NBR-6401, assim como Registro na ANVISA, certificado de calibração e laudo de certificação de conformidade do ar.

Atenciosamente

Luiz Gonzaga A. S. F.

Siape 1100446

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Divisão dos Laboratórios de Ensino-PREG/UFDPar



Coordenadoria de Licitação PRAD <prad.da.cl@ufdpar.edu.br>
Para: Divisão dos Laboratórios de Ensino <preg.dlae@ufdpar.edu.br>

4 de setembro de 2024 às 11:12

Recebido.

Atenciosamente,

Antonio Júnior
Siape nº 3390199
Chefe da Divisão de Execução Licitatória
Coordenadoria de Licitação da UFDPar

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Esclarecimento PE 90006/2024

2 mensagens

Laura Monteiro <licitacao.laura@lutech.com.br>
Para: prad.da.cl@ufdpar.edu.br
Cc: Hugo Torresan Buainain <hugo@lutech.com.br>

6 de setembro de 2024 às 13:14

Boa tarde Prezados,

Referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024, solicito esclarecimento conforme abaixo.

ITEM 11: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA

- Quais devem ser as dimensões internas e externas do equipamento?

Aguardo breve retorno, obrigada.

Atenciosamente,



Coordenadoria de Licitação PRAD <prad.da.cl@ufdpar.edu.br>
Para: Laura Monteiro <licitacao.laura@lutech.com.br>

6 de setembro de 2024 às 14:15

Prezado(a),

A resposta do esclarecimento já se encontra disponível no quadro informativo do pregão 90006/2024 no endereço compras.gov.br.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Licitação da UFDPAR
Diretoria Administrativa/PRAD/UFDPAR

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Solicitação de esclarecimento/impugnação Pregão 90.006/2024 (sex., 06 de set., 13:14)

3 mensagens

Coordenadoria de Licitação PRAD <prad.da.cl@ufdpar.edu.br>
Para: Divisão dos Laboratórios de Ensino <preg.dlae@ufdpar.edu.br>

6 de setembro de 2024 às 13:42

Prezada equipe de planejamento,

Nos termos do item 13 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90006/2024 – “Registro de preços para a Aquisição de equipamentos permanentes para a Divisão dos Laboratórios de Ensino”, **solicitamos manifestação, se possível até às 08h30min de segunda-feira, dia 09/09/2024**, sobre a solicitação de esclarecimento anexa chegada ao nosso e-mail (prad.da.cl@ufdpar.edu.br) hoje, 06/09/2024, às 13h14min, para melhor consubstanciar a nossa resposta publicamente através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

“Boa tarde Prezados,

Referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024, solicito esclarecimento conforme abaixo.

ITEM 11: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA

- Quais devem ser as dimensões internas e externas do equipamento?

Aguardo breve retorno, obrigada.

Atenciosamente,”

Anexo: esclarecimento impugnação PE 90006.2024 06 de setembro de 2024 às 13h14min.pdf

Por gentileza, confirme o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Antonio Júnior
Siape nº 3390199
Chefe da Divisão de Execução Licitatória
Coordenadoria de Licitação da UFDPAR



Prezado senhor,

Atendendo à solicitação de esclarecimento sobre o item 11 do Pregão Eletrônico nº 90006/2024,

Quanto ao questionamento, sobre as dimensões do equipamento.

Resposta: Medidas internas mínimas **aproximadas** são (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Valores aproximados são aceitos.

As medidas externas, incluindo a base (ou gabinete), dependerão do modelo disponibilizado, uma vez que a altura da base juntamente com a altura da estrutura que aporta o filtro de exaustão HEPA podem variar de um fabricante para outro.

Atenciosamente

Luiz Gonzaga A. S. F.

Siape 1100446

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Divisão dos Laboratórios de Ensino-PREG/UFDPar



Recebido.

Atenciosamente,

Antonio Júnior
Siape nº 3390199
Chefe da Divisão de Execução Licitatória
Coordenadoria de Licitação da UFDPar

[Texto das mensagens anteriores oculto]