



Diligência - Pesquisa de Preços - dispensa Odonto

2 mensagens

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

15 de julho de 2026 às 09:40

Para: vitorsandino80@gmail.com

Cc: Departamento de Odontologia Restauradora <ufpichefiador@gmail.com>, elonice@ufpi.edu.br, caroldedeus@hotmail.com

À equipe de planejamento da contratação,

No âmbito da instrução do processo de contratação direta que trata da *aquisição de consumo para graduação do curso de Odontologia da UFPI*, temos os seguintes questionamentos referentes aos itens do processo a fim de subsidiar a correta pesquisa de preços:

Item 11: PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO - Kit com Base de Média Viscosidade 120ml + Catalisador 15ml.

- especificação do 3M Impregum Soft Média Viscosidade (Ref. 31755), referência de mercado em poliéter de média viscosidade. (preço médio dessa marca muito acima do preço sugerido no Termo de Referência).
- Essa MARCA será utilizada como referência no Termo de Referência? Em caso positivo, a equipe deverá adicionar as expressões "ou equivalente", "ou similar" ou "de melhor qualidade" e [inserir justificativa](#) demonstrando a necessidade técnica explicitando a razão pela qual essa marca específica foi escolhida como padrão.

Caso não seja utilizada marca como referência, sugerimos adequar a descrição do item de modo que não haja direcionamento a nenhuma marca específica e possibilite ampla competitividade.

Item 12 e 34: Duplicidade? Adicionados equivocadamente em duplicidade?

Item 16: Silicone de Condensação Reflex Denso, * Cor Verde;

- I) Indicação de marca?** - Essa MARCA será utilizada como referência no Termo de Referência? Em caso positivo, a equipe deverá adicionar as expressões "ou equivalente", "ou similar" ou "de melhor qualidade" e [inserir justificativa](#) demonstrando a necessidade técnica explicitando a razão pela qual essa marca específica foi escolhida como padrão.
- II) O que compõe o Kit?**

Item 17: CIMENTO ODONTOLÓGICO, tipo: resinoso permanente de cura dual, radiopaco. Apresentação: pasta base e pasta catalisadora na proporção 1:1, com 63 e 68% em massa.

- Qual a apresentação, em bisnagas de quantas gramas? Os exemplos abaixo possuem apresentação distinta:

https://www.dentalspeed.com/allcem-catalisador-25g-fgm.html?srsId=AfmBOorzN41l-JXoSOlbTBQOWh961wf8S_4CEZsmm_003sxo5FIt5hwQ

https://www.dentalpartner.com.br/cimento-resinoso-dual-force-corpo-duplo-a2---maquira-112846/p?idsku=114998&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax_termosgerais&gad_source=1&gad_campaignid=22405582937&gbraid=0AAAAAC_zBsCEKN0t4nvWMAs00wiMyj2AS&gclid=CjwKCAjw6rSBhAqEiwA_yocpsG313AILP97hcJLbLPhyrMbw_FGgaMYu-4cSPI7MBCZeAvUYBwdcRoCpr8QAvD_BwE

Item 24 :FLUXO DE SOLDA, indicado para processos de soldagem em trabalhos odontológicos e laboratoriais.

Como o produto é comercializado?

- Apresentação: Pasta, Gel, Líquido, outro?
- Unidade de medida: Frasco, pote, outro - quantos ml ou gramas?
- solda prata ou ligas de Co-Cr?

Alguns produtos encontrados:

https://www.dentalcremer.com.br/pasta-para-solda-de-prata-morelli-413229.html?gad_source=1&gad_campaignid=23195681181&gbraid=0AAAAADg0b6jvQXjtXvzfuoVB5vKYV4ZiV&gclid=CjwKCAjwmdLSBhANEiwAKREMN_BT3fmST2AmAkRw5hP6MNMZYzQDFPSGJgybTby-j1tvLb7cNEH5BkRoCCnoQAvD_BwE

<https://dentalita.com.br/pasta-para-solda-prata-20ml-fluxo-3530020-morelli-35.30.020?srsId=AfmBOoQKpfg8GnxNqKu04DMYoMAVKh7dvo6CyKoO5VilnULuPupkPIXk>

Item 24: SOLDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL BÁSICO 56 PRATA

Pesquisado para rolo de 5 metros

Obs: Os preços encontrados estão muito superiores em relação ao sugerido no TR.

Exemplos de preços encontrados: <https://www.dentalecia.com.br/soldadeprata05mmemrolomorelli/p?srsId=AfmBOoQ0EY9YcTz9nimaDuXzeXkvp1eNrajc4ycWc9zaJRWbfmvdTK>

https://www.dentalcremer.com.br/solda-de-prata-0-5mm-em-rolo-morelli-413212.html?srsId=AfmBOoGPFfn0-B_iDbA50pk2OZ9vRbnWI7R2cGj0-7a5kxdiK24vanJPfE

Solicitamos a análise dos pontos elencados e respostas dos questionamentos para este e-mail, para fins de prosseguimento da pesquisa de preços.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Francisco Alexandro Silva dos Santos



Pró-Reitoria de Administração/PRAD

Coordenadoria de Compras e Licitações/CCL

Divisão de Compras/CCL

Fone: (86) 3215-5924

Departamento de Odontologia Restauradora <ufpichefiador@gmail.com>

Para: Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

15 de julho de 2026 às 17:45

Prezados,

Em atenção aos questionamentos encaminhados, seguem os esclarecimentos da equipe de planejamento:

Item 11 – Pasta de Moldagem (Poliéter)

A especificação do item será ajustada para constar:

PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO – Kit com Base de Média Viscosidade 120 ml + Catalisador 15 ml, equivalente ao material 3M Impregum Soft Média Viscosidade ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.

Justificativa técnica: A escolha desse material específico é embasada em sua hidrofília superior, que afasta fluidos bucais e elimina bolhas, evitando perda de materiais e repetição de procedimentos; em sua estabilidade dimensional de longo prazo, mantendo a forma exata por até 14 dias e permitindo múltiplos vazamentos de gesso, otimizando a logística com o laboratório; na tecnologia de cura rápida (Snap-Set), que proporciona amplo tempo de trabalho e endurecimento rápido na boca, reduzindo distorções decorrentes de movimentos do paciente; e no comportamento tixotrópico, que permite o escoamento sob pressão para reprodução dos mínimos detalhes, sem escorrer para a garganta do paciente.

Itens 12 e 34

Confirmamos que houve duplicidade na relação de itens.

Item 16 – Silicone de Condensação

A especificação será alterada para:

PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO. Apresentação: Kit contendo Denso de 1 kg, Fluido de 120 g e Catalisador de 50 g.

Item 17 – Cimento Odontológico

apresentação do produto:

Bisnagas de 2,5 g.

Item 24 – Fluxo de Solda

A apresentação do produto será:

Pasta, frasco com 20 ml.

Item 25 – Solda Odontológica

A especificação será ajustada para que a apresentação seja **em vareta**, em substituição à descrição atual em rolo

Descrição :

Solda de Prata 0,8 mm em vareta embalagem com 10 unidades

<https://www.dentalcremer.com.br/solda-de-prata-0-8mm-em-vareta-morelli-413243.html>

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Universidade Federal do Piauí
Departamento Odontologia Restauradora
3215.5874 Ininga